

РЕШЕНИЯ НА ТКА „ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ“ – м. май 2014г.

- Към настоящия момент е практически невъзможно осъществяването на междулабораторни сравнения за измерване на еквивалентно ниво на шум и определяне нивото на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда и в помещения на жилищни, обществени сгради и населени места. Тези изпитвания се определят като област на акредитация, която не е подходяща за доказване компетентността на лабораториите чрез междулабораторни сравнения и/или изпитвания за пригодност, по смисъла на т.4.2.3 от BAS QR 18 "Процедура за провеждане на междулабораторни равнения и изпитвания за пригодност", версия 3.
- Към настоящия момент е практически невъзможно осъществяването на междулабораторни сравнения, свързани с изпитване на продукти строителен гипс и гипсови съставки по БДС EN 13279-2, смесени свързващи вещества на основа калциев сулфат БДС EN 13454-2, суров гипс по БДС ISO 1587, поради което дейността се определя като област на акредитация, която не е подходяща за доказване компетентността на лабораториите чрез междулабораторни сравнения или изпитвания за пригодност, по смисъла на т.4.2.3 от BAS QR 18 "Процедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност", версия 3.
- Към настоящия момент е практически невъзможно осъществяването на междулабораторни сравнения, свързано с изпитване на маслени разпределителни трансформатори по БДС EN 60076-1,-2,-3,-4,-10, БДС 15320, БДС 16654, БДС 16249, поради което дейността се определя като област на акредитация, която не е подходяща за доказване компетентността на лабораториите чрез междулабораторни сравнения или изпитвания за пригодност, по смисъла на т.4.2.3 от BAS QR 18 "Процедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност", версия 3.

Дата:19.05.2014г.