

## **РЕШЕНИЯ НА ТКА „ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ“, септември 2016г.**

**1.** На настоящия етап е практически невъзможно осъществяването на междулабораторни сравнения за изпитване на „отоплителни уреди (и други подобни на тях устройства с различно предназначение), работещи на твърдо гориво“, поради което дейността по изпитването им се определя като област на акредитация, която не е подходяща за доказване компетентността на лабораториите чрез междулабораторни сравнения или изпитвания за пригодност, по смисъла на т. 3.2.3 от BAS QR 18 “Процедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност”, версия 4 от 01.05.2016 г.

**2.** В заповедите за акредитация на ИА БСА при формулиране на акредитирания обхват на лабораториите за изпитване методите за изпитване (стандарт/ валидиран метод) да се цитират без година (датата на последна версия).

В приложенията към Процедура BAS QR 2 методите за изпитване (стандарт/ валидиран метод) да се цитират с еднозначна идентификация, включително и година (дата на последна версия).

В издаваните от акредитираните лаборатории протоколи от изпитване ползваните методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод) да се цитират с еднозначна идентификация, включително и година (дата на последна версия).

При промяна на методите за изпитване (стандарт/ валидиран метод) лабораториите да уведомяват ИА БСА по реда на т. 8.2 от BAS QR 2.

**3.** В заповедите за акредитация на ИА БСА при формулиране на акредитирания обхват на лабораториите за изпитване методите за пробоподготовка (subsampling) да не се цитират, тъй като по същество те не са методи за изпитване.

Когато методите за пробоподготовка (subsampling) са цитирани в съответен стандарт, съдържащ метод за изпитване се счита, че те са част от метода и подлежат на наблюдение по време на оценката на място.

12.09.2016г.