

## **Решения на ТКА "Лаборатории за калибриране" - м. ноември 2013г.**

1. ТКА "Лаборатории за калибриране" да бъде в състав от 9 членове и структура, съгласно т.2.2. на BAS QR 6 "Правила за работа на техническите комитети по акредитация". ТКА "Лаборатории за калибриране" ще ползва допълнително експерти по конкретни величини.

2. ТКА "Лаборатории за калибриране" счита, че на този етап не е подходящо да се въвежда от ИА БСА акредитация с гъвкав обхват в областта на калибрирането, по смисъла на Ръководство ЕА 2/15 "Изисквания на ЕА за акредитация с гъвкав обхват".

3. ТКА «Лаборатории за калибриране» взе решение, че дейността калибриране на технически средства за измерване, използвани за идентификация и/или определяне на количествен състав на вещества и материали (спектрометри, спектрофотометри, хроматографи, рентгенови дифрактометри) не е дейност, която подлежи на акредитация, по смисъла на акредитацията на лаборатории за калибриране. Процесът калибриране на тези технически средства е част от общата процедура за изпитване (определяне на химически състав) на проби на различни вещества и материали.

**26.11.2013г.**

**Решенията са редактирани и потвърдени на 14.01.2016г.**