



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 409

София, 31.10.2024 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието във връзка с т. 5.3.1 от Процедура за акредитация на ИА БСА BAS QR 2 и заповед № А 408/31.10.2024 г.

ИЗМЕНЯМ

Сертификат за акредитация с рег. № 1 ЛК/28.10.2024 г., валиден до 28.10.2028 г. и приложение, заповед на ИА БСА рег. № 393/28.10.2024 г.

„УНИСИСТ“ ООД ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

Адрес на управление: 1113 София, район "Слатина", ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.105

Адрес на лаборатория: 1582 София, ж.к. „Дружба“ 2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 144

Да извършва калибриране на:

Тип на обхвата: *фиксиран*

№ по ред	Вид на средството за измерване	Измервана величина, измервателна единица	Обхват на измерване	Неопределеност на измерване	Метод за калибриране
1	2	3	4	5	6
1.*	Волтметри за постоянно напрежение	Постоянно напрежение, DCU, V	от 0,0 mV до 200 mV	от $7,5 \cdot 10^{-3}$ mV до $2 \cdot 10^{-2}$ mV	МК 7.02 01-01:2020
			от 0,2 V до 200 V	от $2 \cdot 10^{-2}$ mV до $4,4 \cdot 10^{-3}$ V	
			от 200 V до 1 000 V	от $4,4 \cdot 10^{-3}$ V до $6 \cdot 10^{-2}$ V	
2.	Волтметри за променливо напрежение (45 Hz и 1 kHz)	Променливо напрежение, ACU, V	от 10 mV до 200 mV	от $3 \cdot 10^{-2}$ mV до 0,17 mV	МК 7.02 01-13:2020
			от 200 mV до 200 V	от 0,17 mV до $4 \cdot 10^{-2}$ V	
			от 200 V до 1000 V	от $4 \cdot 10^{-2}$ V до 0,35 V	
3.*	Калибратори на постоянно напрежение	Постоянно напрежение, DCU, V	от 0,0 mV до 100 mV	от $2,1 \cdot 10^{-3}$ mV до $5 \cdot 10^{-3}$ mV	МК 7.02 01-01:2020
			от 0,1 V до 10 V	от $5 \cdot 10^{-6}$ V до $2,4 \cdot 10^{-4}$ V	
			от 10 V до 1000 V	от $2,4 \cdot 10^{-4}$ V до $6 \cdot 10^{-2}$ V	
4.*	Калибратори на променливо напрежение (45 Hz и 1 kHz)	Променливо напрежение, ACU, V	от 1000 V до 20 000 V	от $1 \cdot 10^1$ V до $2 \cdot 10^2$ V	МК 7.02 01-13:2020
			от 0,01 V до 750 V	от $5 \cdot 10^{-5}$ V до 0,5 V	

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg

Тип на обхвата: фиксиран					
№ по ред	Вид на средството за измерване	Измервана величина, измервателна единица	Обхват на измерване	Неопределеност на измерване	Метод за калибриране
1	2	3	4	5	6
	Калибратори на променливо напрежение (50 Hz)		от 1000 V до 20 000 V	от $2 \cdot 10^1$ V до $4 \cdot 10^2$ V	
5.*	Амперметри за постоянен ток	Постоянен ток, DCI, A	от 0,0 mA до 20 mA от 0,02 A до 2 A от 2 A до 20 A	от $1,8 \cdot 10^{-4}$ mA до $1,5 \cdot 10^{-3}$ mA от $1,5 \cdot 10^{-3}$ mA до $2,4 \cdot 10^{-4}$ A от $2,4 \cdot 10^{-4}$ A до $6,7 \cdot 10^{-3}$ A	МК 7.02 01-02:2018
6.	Амперметри за променлив ток (45 Hz и 1 kHz)	Променлив ток, ACI, A	от 0,1 mA до 200 mA от 200 mA до 20 A	от $3,8 \cdot 10^{-3}$ mA до 0,7 mA от $0,7 \cdot 10^{-3}$ A до $6 \cdot 10^{-3}$ A	МК 7.02 01-12:2018
7.*	Калибратори за променлив ток (45 Hz и 1 kHz)	Променлив ток, ACI, A	от 1 mA до 100 mA от 100 mA до 10 A	от $6 \cdot 10^{-3}$ mA до $9 \cdot 10^{-2}$ mA от $9 \cdot 10^{-5}$ A до $1,8 \cdot 10^{-2}$ A	МК 7.02 01-12:2018
8.	Амперклещи DCI ACI (45 Hz и 1 kHz)	Постоянен и променлив ток DCI и ACI, A	от 0,01 A до 1 000 A	от $5,8 \cdot 10^{-3}$ A до 0,2 A	МК 7.02 01-02:2018 МК 7.02 01-12:2018
9.*	Калибратори на постоянен ток	Постоянен ток DCI, A	от 0,0 mA до 100 mA от 100 mA до 10 A	от $4 \cdot 10^{-4}$ mA до $3,3 \cdot 10^{-2}$ mA от $3,3 \cdot 10^{-2}$ mA до $9,4 \cdot 10^{-3}$ A	МК 7.02 01-02:2018
10.*	Омметри за постоянен ток	Съпротивление при постоянен ток R, Ω	от 0,000 1 Ω до 100 k Ω от 1 k Ω до 1 T Ω	от $3,2 \cdot 10^{-8}$ Ω до $2,4 \cdot 10^{-3}$ k Ω от $2,8 \cdot 10^{-4}$ k Ω до 7 G Ω	МК 7.02 01-04:2018
11.*	Мерки за ел. съпротивление	Съпротивление при постоянен ток R, Ω	от 0,000 1 Ω до 100 Ω от 100 Ω до 100 M Ω	от $3,4 \cdot 10^{-8}$ Ω до $1,2 \cdot 10^{-2}$ Ω от $8,4 \cdot 10^{-3}$ Ω до 0,18 M Ω	МК 7.02 01-03:2018
12.	Честотомери	Честота, f, Hz	от 1 Hz до 20 MHz	от $1,6 \cdot 10^{-3}$ Hz до 0,58 kHz	МК 7.02 01-14:2018
13.	Генератори на честота	Честота, f, Hz	от 1 Hz до 1 GHz	от $5,8 \cdot 10^{-6}$ Hz до $8,2 \cdot 10^{-7}$ GHz	МК 7.02 01-14:2018
14.*	Средства за измерване на индуктивност (1 kHz)	Индуктивност, L, H	от 1 μ H до 50 mH	от $3 \cdot 10^{-4}$ mH до $2 \cdot 10^{-2}$ mH	МК 7.02 01-15:2018
15.	Средства за измерване на капацитет (300 Hz и 1 kHz)	Капацитет, C, F	при честота 300 Hz от 1 nF до 50 μ F при честота 1000 Hz от 1 nF до 100 nF	от 1 pF до $2,9 \cdot 10^{-2}$ nF от 1 pF до 30 pF	МК 7.02 01-15:2018

Тип на обхвата: фиксиран

№ по ред	Вид на средството за измерване	Измервана величина, измервателна единица	Обхват на измерване	Неопределеност на измерване	Метод за калибриране
1	2	3	4	5	6
16.	Еднофазни средства за измерване на активна мощност (ватметри)	Мощност P, W	AC мощност: $U = 230 V$ $f = 50 Hz$ и $U = 115 V$ $f = 60 Hz$ I: от 0,1 A до 10 A PF: от -1 до 1	от 10 mW до 0,50 W	МК 7.02 01-16:2018
			DC мощност: U : от 1 V до 240 V I: от 0,01 A до 10 A	от 7,9 μW до 0,3 W	
17.*	Средства за измерване и задаване на абсолютно, атмосферно, положително и отрицателно налягане.	Налягане, p, bar	от минус 2,5 mbar до 2,5 mbar	$2,0 \cdot 10^{-3} mbar$	МК 7.02 01-11:2018
			от минус 75 mbar до 75 mbar	$2,5 \cdot 10^{-3} mbar$	
			от минус 0,92 bar до 70 bar	от $2,5 \cdot 10^{-4} bar$ до $6,5 \cdot 10^{-3} bar$	
			от 70 bar до 700 bar	от $4,0 \cdot 10^{-2} bar$ до 0,20 bar	
18.	18.1* Термометри (цифрови, аналогови и течностни)	Температура, $t, ^\circ C$	от минус 40 $^\circ C$ до 1 100 $^\circ C$	от 0,06 $^\circ C$ до 2,0 $^\circ C$	МК 7.02 01-07:2018 МК 7.02 01-10:2018
	18.2 Инфракчервени термометри		от 150 $^\circ C$ до 1 100 $^\circ C$	от 1,1 $^\circ C$ до 3,0 $^\circ C$	МК 7.02 01-07:2018
19.*	19.1 Резисторни термопреобразуватели	Температура $t, ^\circ C$ съпротивление $R, \Omega,$	от минус 40 $^\circ C$ до 600 $^\circ C$ от 1 Ω до 10 000 Ω	от 0,06 $^\circ C$ до 0,2 $^\circ C$ от $7 \cdot 10^{-3} \Omega$ до 0,12 Ω	МК 7.02 01-08:2018
	19.2 Електрични термопреобразуватели	Температура $t, ^\circ C$ термоелектродвигачно напрежение, mV	от минус 40 $^\circ C$ до 600 $^\circ C$	от 0,30 $^\circ C$ до 0,90 $^\circ C$	МК 7.02 01-09:2018
			от 600 $^\circ C$ до 1 100 $^\circ C$	от 1,5 $^\circ C$ до 2,5 $^\circ C$	
20.*	20.1 Вторични преобразуватели с вход унифициран електрически сигнал	Вход: Съпротивление, $R, \Omega,$ Постоянен ток, DCI, mA Постоянно напрежение, DCU, mV (V)	от 0,001 Ω до 10 k Ω	от $7 \cdot 10^{-5} \Omega$ до 0,9 Ω	МК 7.02 01-06:2018
			от 0 mA до 20 mA	от $0,6 \cdot 10^{-4} mA$ до $6 \cdot 10^{-4} mA$	
			от минус 50 mV до 150 mV	от $1 \cdot 10^{-3} mV$ до $2 \cdot 10^{-3} mV$	
			от 0 V до 5 V		

Тип на обхвата: <i>Фиксиран</i>						
№ по ред	Вид на средството за измерване	Измервана величина, измервателна единица	Обхват на измерване	Неопределеност на измерване	Метод за калибриране	
1	2	3	4	5	6	
	20.2 Вторични преобразуватели на температура с вход, DCU и R (режим симулиране)	Температура, t, °C	от минус 200 °C до 1 600 °C	от 0,06 °C до 5,0 °C	МК 7.02 01-05:2018	
21.	Шублери (дълбокомери, високомери)	Дължина l, mm	до 200 mm	18 µm	МК 7.02 01-17:2018	
22.	Микрометри (микрометрични дълбокомери и високомери)	Дължина l, mm	до 200 mm	5,8 µm	МК 7.02 01-18:2018	
23.	Щрихови мерки за дължина	Дължина l, m	до 2 m от 2 m до 30 m	0,12 mm от 0,12 mm до 0,6 mm	МК 7.02 01-19:2018	
24.*	Секундомери и таймери	Електронни	Интервал от време, s	от 0 s до 86400 s (24 h)	0,01 s/24 h	МК 7.02 01-20:2018
		Механични	Интервал от време, s	от 0 s до 86400 s (24 h)	1,0 s/24 h	
25.	Инсталационни тестери	Време за изключване на защитни прекъсвачи (ЗП)	Време, ms	t: от 10 ms до 2 000 ms	от 0,59 ms до 0,90 ms	МК 7.02 01-21:2021
		Ток на изключване на защитни прекъсвачи (ЗП) при честота 50 Hz	Променлив ток, ACI, mA	Ia: от 10 mA до 2500 mA	от 0,09 mA до 5,9 mA	
		Импеданс на контур „Фаза – Защитен проводник“	Импеданс, Ω	Z: от 0,098 Ω до 1,8 kΩ	от 0,04 Ω до 11 Ω	
		Допирно напрежение при честота 50 Hz	Променливо напрежение, ACU, V	от 0,1 V до 90 V	от 0,01 V до 0,1 V	
26.	Хигрометри	Относителна влажност, %rh	от 20 %rh до 90 %rh	от 1,7 %rh до 2,5 %rh	МК 7.02 01-22:2021	

Забележка: Калибрирането по позициите, отбелязани със знак (*) може да се извършва в помещенията на лабораторията и на място при клиента.

Позоваване:

1. МК 7.02 01-01/2020 г. Методика за калибриране на волтметри и много-стойностни мерки за постоянно електрично напрежение (калибратори)
2. МК 7.02 01-02/2018 г. Методика за калибриране на амперметри и много-стойностни мерки за постоянен електричен ток (калибратори)
3. МК 7.02 01-03/2018 г. Методика за калибриране на мерки за електрично съпротивление
4. МК 7.02 01-04/2018 г. Методика за калибриране на омметри

5. МК 7.02 01-05/2018 г. Методика за калибриране на вторични преобразуватели за температура с вход термодвойки или резисторни термопреобразуватели (ТС или RTD)
6. МК 7.02 01-06/2018 г. Методика за калибриране на вторични преобразуватели на различни величини
7. МК 7.02 01-07/2018 г. Методика за калибриране на цифрови, аналогови и инфрачервени термометри
8. МК 7.02 01-08/2018 г. Методика за калибриране на резисторни преобразуватели на температура
9. МК 7.02 01-09/2018 г. Методика за калибриране на електрични преобразуватели на температура (термодвойки)
10. МК 7.02 01-10/2018 г. Методика за калибриране на течностни термометри
11. МК 7.02 01-11/2018 г. Методика за калибриране на уреди за измерване и задаване на налягане
12. МК 7.02 01-12/2018 г. Методика за калибриране на амперметри и многостойностни мерки за променлив електричен ток (калибратори)
13. МК 7.02 01-13/2020 г. Методика за калибриране на волтметри и многостойностни мерки за променливо електрично напрежение (калибратори)
14. МК 7.02 01-14/2018 г. Методика за калибриране на честотомери и генератори на честота
15. МК 7.02 01-15/2018 г. Методика за калибриране на уреди за измерване на капацитет, индуктивност и съпротивление
16. МК 7.02 01-16/2018 г. Методика за калибриране на уреди за мощност (ватметри)
17. МК 7.02 01-17/2018 г. Методика за калибриране на шублери (дълбокомери и високомери)
18. МК 7.02 01-18/2018 г. Методика за калибриране на микрометри (микрометрични дълбокомери и високомери)
19. МК 7.02 01-19/2018 г. Методика за калибриране на шрихови мерки за дължина (ленти и ролетки) и материални мерки за дължина
20. МК 7.02 01-20/2018 г. Методика за калибриране на секундомери и таймери
21. МК 7.02 01-21/2021 г. Методика за калибриране на инсталационни тестери
22. МК 7.02 01-22/2021 г. Методика за калибриране на хигрометри

НАРЕЖДАМ:

Да се издаде сертификат за акредитация с рег. № 1 ЛК/31.10.2024г., валиден до 28.10.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението, да се получат от управителя на „УНИСИСТ“ ООД гр. София, ръководителя на Лаборатория за калибриране на средства за измерване към „УНИСИСТ“ ООД, гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 1 ЛК/28.10.2024 г. валиден до 28.10.2028 г. и приложение заповед за акредитация № А 393/28.10.2024 г.

Настоящата заповед да се съобщи на „УНИСИСТ“ ООД гр. София - в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА

Изпълнителен директор на ИА БСА